



NACIONAL



DISPOSICIÓN 349/2011

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA (A.N.M.A.T.)**

Clausúrase preventivamente a la firma INSUMOS
MEDICOS PATRICIOS S.A.

Del: 17/01/2011; Boletín Oficial 20/01/2011.

VISTO el Expediente N° 1-47-24222/10-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician dando cumplimiento a lo solicitado en el oficio librado en el marco de la I.P.P. N° 04-00-007446-09, en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Junín, en el que se requirió a la Dirección de Tecnología Médica, entre otras diligencias la realización de una inspección en el establecimiento de la firma INSUMOS MEDICOS PATRICIOS S.A.

Que mediante OI N° 3880/10 se realizó la inspección solicitada verificándose varios incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación según Disposiciones ANMAT [191/99](#) y [698/99](#).

Que dadas las infracciones encontradas por la comisión inspectora, los representantes de la empresa informaron que se auto inhibirían hasta tanto no cumplimenten las Buenas Prácticas de Fabricación.

Que con fecha 29 de Diciembre de 2010, mediante OI N° 3909/10, se realizó una segunda inspección, con la finalidad de constatar si la firma había revertido las no conformidades detectadas en la inspección anterior. Durante este segundo procedimiento pudo detectarse que los registros históricos de los productos elegidos al azar (14 A, TF 27, TF 14 A y TF 14) no estaban confeccionados en legal forma, faltando indicar los número de partida de las materias primas del producto, los niveles de inspección o los ensayos realizados. Asimismo, los remitos de los productos TF 27, TF 14 A y TF 14 tenían fecha de entrega anterior a la fecha de liberación de los mismos que consta en los respectivos registros históricos.

Que en razón de lo expuesto, la Dirección de Tecnología Médica aconseja: 1) clausurar a la firma INSUMOS MEDICOS PATRICIOS S.A., con carácter preventivo, hasta tanto dé cumplimiento a las normas sobre Buenas Prácticas de Fabricación, 2) disponer la prohibición de comercialización y uso en todo el territorio nacional de los productos médicos fabricados por la firma INSUMOS MEDICOS PATRICIOS S.A., en todos sus lotes, 3) disponer el retiro del mercado de todos los productos médicos fabricados por la firma INSUMOS MEDICOS PATRICIOS S.A., en todos sus lotes, y 4) Instruir el sumario sanitario correspondiente, a la firma y a su Director Técnico.

Que desde el punto de vista procedimental, lo actuado por la Dirección de Tecnología Médica se enmarca dentro de lo autorizado por el artículo 16° de la [Ley N° 16.463](#), los incs. 1) y ñ) del artículo 80 del [Decreto N° 1490/92](#), los artículos 3° y 4° del Decreto N° [341/92](#), resultando competente la ANMAT en virtud de las atribuciones conferidas por el [Decreto N° 1490/92](#) artículo 10 inc. q).

Que el Artículo 2° de la [Ley 16.463](#) establece que las actividades que por ella se rigen, sólo podrán realizarse previa autorización y bajo el contralor del Ministerio de Salud y en establecimientos habilitados por el mismo, todo en las condiciones y normas que establezca

la reglamentación.

Que la misma [Ley 16.463](#) determina que queda prohibida la realización de las actividades sometidas a este régimen, en infracción a las normas que reglamentan su ejercicio (Artículo 19º, inc. b).

Que en razón de lo expuesto, desde el punto de vista sustantivo, queda configurada la presunta infracción al Artículo 19º, inc. b, de la [Ley N° 16.463](#), y al Reglamento Técnico MERCOSUR “Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos” aprobado por [MERCOSUR/GMC/RES. N° 4/95](#) incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante [Disposición ANMAT N° 191/99](#).

Que las medidas preventivas solicitadas resultan razonables y proporcionadas en relación con las presuntas infracciones evidenciadas, y se enmarcan dentro de lo autorizado por el artículo 4º del [Decreto N° 341/92](#).

Que la Dirección de Tecnología Médica y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto N° [1490/92](#) y el [Decreto N° 425/10](#).

Por ello;

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispone:

Artículo 1º.- Clausúrase preventivamente a la firma INSUMOS MEDICOS PATRICIOS S.A., con domicilio legal en José Mármol 161, piso 60, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y planta elaboradora y depósito en Uspallata N° 2106/2114, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los argumentos expuestos en el considerando de la presente.

Art. 2º.- Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional de todos los productos médicos fabricados por INSUMOS MEDICOS PATRICIOS S.A., en todos sus lotes, detallados en el Anexo I que forma parte de la presente Disposición.

Art. 3º.- Ordénase a la firma INSUMOS MEDICOS PATRICIOS S.A. el recupero del mercado de todos los productos médicos comercializados, detallados en el Anexo I de la presente, debiendo presentar a la Dirección de Tecnología Médica, la documentación respaldatoria de dicha diligencia.

Art. 4º.- Instrúyase sumario a la empresa INSUMOS MEDICOS PATRICIOS S.A., y a quien resulte ser su Director Técnico, por presunta infracción al Artículo 190, inc. b, de la Ley N° 16.463, y a los puntos B.1.2, B.1.4, E.2, F.4, G.1.1, G.1.3, G.1.4, G.1.5, G.2.1, G.2.2, G.2.3, H.1.1, H.1.2, H.1.3, H.4, H.1.4, H.1.5, H.1.6, H.1.7, H.1.8, H.1.9, H.1.10, H.1.11, H.3.1, H.3.2, H.3.3, I.1, I.2, I.3, K.1.6, M.2.1, M.2.2, O.1., C.4, C.5, C.7, E.3, G.1.2, G.1.5, G.1.6, J.1, J.2, J.3, L.1, L.2, L.3, M.3.2, M.3.3, M.3.4, M.3.5, O.2, O.3 de la [Disposición ANMAT N° 698/99](#) y al Reglamento Técnico MERCOSUR “Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos” aprobado por MERCOSUR/GMC/RES. N° [4/95](#) incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante [Disposición ANMAT N° 191/99](#).

Art. 5º.- Regístrese; dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, comuníquese a las autoridades provinciales y a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dése copia a la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales. Pase al Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a sus efectos. Cumplido, archívese PERMANENTE.

Dr. Carlos Chiale, Interventor A.N.M.A.T.

ANEXO I

| NOMBRE DEL PRODUCTO | Nº DE CERTIFICADO DE PRODUCTO MEDICO |
|--|--------------------------------------|
| Cánulas para aspiración de campo quirúrgico | PM-1880-1 |
| Sonda para intubación gástrica Tipo Levine | PM-1880-2 |
| Sonda para intubación nasogástrica | PM-1880-3 |
| Sonda para aspiración de mucus o inhalación de oxígeno | PM-1880-4 |
| Sonda uretral recta-tipo nelaton | PM-1880-5 |
| Sonda para nutrición enteral c/ mandril y punta lastrada | PM-1880-6 |
| Sonda rectal | PM-1880-7 |
| Sonda para drenaje torácico | PM-1880-8 |
| Sonda para lavado | PM-1880-9 |
| Tubuladura de P.V.C (no estéril) | PM-1880-10 |
| Tubuladura de P.V.C (estéril) | PM-1880-11 |
| Inhaladores de oxígeno | PM-1880-12 |
| Prolongadores | PM-1880-13 |
| Guía para la administración de soluciones parenterales | PM-1880-14 |
| Conectores (estériles) | PM-1880-15 |
| Conectores (no estériles) | PM-1880-16 |
| Guía para la administración de soluciones parenterales con medidor volumétrico | PM-1880-17 |
| Guía para la administración de sangre o plasma | PM-1880-18 |
| Campana de drenaje | PM-1880-19 |

| | |
|--|------------|
| Frascos bitubulados | PM-1880-20 |
| Frascos de alimentación enteral | PM-1880-21 |
| Frasco de cultivo | PM-1880-22 |
| Campos quirúrgicos | PM-1880-23 |
| Colector pediátrico | PM-1880-24 |
| Bolsa de colostomía | PM-1880-25 |
| Bolsa de drenaje (no estéril) | PM-1880-26 |
| Bolsa para biopsia (no estéril) | PM-1880-27 |
| Bolsa para recolección de orina | PM-1880-28 |
| Guía para la administración de sangre o plasma con medidor volumétrico | PM-1880-29 |
| Equipo para irrigación quirúrgica doble vía con conector en RTU | PM-1880-30 |

